



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019165

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/01/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI
İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| ALIM KONUSU MALZEMELER | MİKTAR |
|---|-------------|
| 1 HIDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATORU KASETİ | 100,00 ADET |

TEKLİF NO : 2019165

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|---|------|-----|
| 297.0109.000 | HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATORU KASETİ | ADET | 100 |
|--------------|---|------|-----|

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7082) HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATORU KASETİ

Açıklama : HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATORU KASETİ

1. Kaset, kullanılmakta olan Sterrad 100 S marka model Hidrojen Peroksit Gaz Plazma sterilizatöründe kullanımına uygun olmalıdır.
2. Kaset 1800 (+/-50) ml'lik 10 hücreden oluşmalı, 58%-59,5% Hidrojen peroksit /Döngü içermelidir.
3. Kaset 5 döngü gerçekleştirebilmelidir.
4. Kaset ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
5. Kaset kırılmalara karşı dayanıklı özel sert plastikten mamul olmalıdır.
6. Kaset kapalı bir naylon torba içinde bulunmalı ve bir kimyasal indikatöre sahip olmalıdır.
7. Kaset CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Hidrojen peroksit çözeltisi kaset dışına akma, taşma, dağılma yapmamalıdır.
9. Kaset oda koşullarında 15-30 °C arasında saklanabilmeli ve depolanabilmelidir.
10. Raf ömrü hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 6 ay olmalıdır.
11. Yüklenici firma, bir ay öncesinde bildirildiği takdirde, son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri yeni miatlı olanlar ile değiştirmelidir.
12. Numune olarak orijinal kapalı ambalajında 1 kaset verilecektir.
13. Kullanımı sırasında üretim hatası olduğu saptanan ürünler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
14. Ürünle ilgili tüm bilgileri içeren dökümanlar, ürüne özel hazırlanmış dosya halinde numune tesliminde verilmelidir.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.