



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019210

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/01/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL İŞİKÇİ

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER	30,00 ADET

TEKLİF NO : 2019210

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0015.000	MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER	ADET	30
--------------	-------------------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3508) MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER

Açıklama : MEKANİK LITOTRIPTOR UYUMLU BASKET KATETER

1. 3.2 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. Kateter kılavuz tel üzerinden gidebilmelidir.
3. Tutaç kısmı litotriptör ile uyum sağlayacak taş kırmaya uygun hale gelebilmelidir.
4. Tutaç kısmında enjeksiyon kanalı olmalıdır.