



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193657

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/06/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	BURR HALE ACICI (YETİSKİN)	5,00	ADET
2	BURR HALE ACICI (PEDIATRİK)	5,00	ADET

**TEKLİF NO :** 20193657

**NOT :** ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB KODU BİLDİRİNİZ.

**İLGİLİ KİŞİ :** EMEL SÜRER

**TEL :** 4122408

**FAX :** 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

225.0078.000	BURR HALE ACICI (YETİSKİN)	ADET	5
225.0079.000	BURR HALE ACICI (PEDIATRİK)	ADET	5

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (8158) BURR HALE ACICI (PEDIATRİK)

##### Açıklama : BURR HALE ACICI (PEDIATRİK)

1. Teklif edilecek perforatör ucu kranial vakalarda burr hole açmak için kullanılmalıdır.
2. Teklif edilecek sistem hastanemizde bulunan Midas Rex marka yüksek devirli drill sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.
3. Uçlar 1000 rpm de çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Reusable Perforatör ucu ve ataçmanı arasındaki bağlantı için herhangi bir enstrümana gerek olmamalıdır
5. Sistem yağsız çalışmalıdır.
6. Pediatrik perforatör uçların dış çapı 11 mm iç çapı 7mm, yetişkin perforatör uçların dış çapı 14mm iç çapı 11 mm olmalıdır.Adetler kliniğin ihtiyacına göre belirlenecektir
7. Perforatör ucu kranial vakalarda efektif olarak kullanılabilmeli; Duraya zarar vermemeli ve otomatik stoplu olmalıdır.

#### (8158) BURR HALE ACICI (YETİSKİN)

##### Açıklama : BURR HALE ACICI (YETİSKİN)

1. Teklif edilecek perforatör ucu kranial vakalarda burr hole açmak için kullanılmalıdır.
2. Teklif edilecek sistem hastanemizde bulunan Midas Rex marka yüksek devirli drill sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.
3. Uçlar 1000 rpm de çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Reusable Perforatör ucu ve ataçmanı arasındaki bağlantı için herhangi bir enstrümana gerek olmamalıdır
5. Sistem yağsız çalışmalıdır.
6. Pediatrik perforatör uçların dış çapı 11 mm iç çapı 7mm, yetişkin perforatör uçların dış çapı 14mm iç çapı 11 mm olmalıdır.Adetler kliniğin ihtiyacına göre belirlenecektir
7. Perforatör ucu kranial vakalarda efektif olarak kullanılabilmeli; Duraya zarar vermemeli ve otomatik stoplu olmalıdır.