



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193956

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 01/07/2019 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| ALIM KONUSU MALZEMELER | MİKTAR |
|--|-------------|
| 1 NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU) | 400,00 ADET |

TEKLİF NO : 20193956

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/06/2019 14:50:36

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|--|------|-----|
| 243.0003.000 | NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU) | ADET | 400 |
|--------------|--|------|-----|

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5390) NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU)

Açıklama : NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU)

1. Her bir kanül Embla N 7000 model uyku polisomnografi cihazına bağlanabilir özellikte olmalıdır.
2. Latex madde içermemelidir.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Boyu 50-60 cm olmalıdır.
5. Erkek tipte luer konnektöre sahip olmalıdır.
6. Birim adet olarak temin edilecek kanüllerin teslimatı 50? lik paket olarak yapılacaktır.
7. Malzemeler numune üzerinden değerlendirilecektir.