



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

16/08/2019 10:07:25

Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194912

16/08/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

22/08/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DIGITAL BEBEK TARTISI	5,00	ADET
2	DIGITAL YETİSKİN TARTISI	5,00	ADET

Teklif No : 20194912
Not : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/07/2019 11:44:16

TEKNİK ŞARTNAME

8777 DİJİTAL BEBEK TARTISI ŞARTNAMESİ

1. İSTENEN TEKNİK ÖZELLİKLER:
2. Bebekleri tartmak için Çıkarılabilir Tepsi olmalıdır.
3. LCD ekranlı olmalıdır.
4. En son tartı değeri hafızaya alınabilmelidir.
5. Maksimum 20 kg tartmalıdır.
6. Tartım Aralığı : 1-20 kg 10 gr aralıklı olmalıdır.
7. Doğruluk : 0,3 % +/-100 gr üzerindeki ağırlıklar için
8. En geç 3 dk. içinde Otomatik Kapanma özelliği olmalıdır.
9. AA pillerle ve/veya AC/DC adaptör ile çalışmalıdır.
10. En fazla 3.5 kg ağırlığında olmalıdır.
11. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
12. Kullanım kılavuzu ve elektronik devre şemalarını gösteren servis manueli cihazla birlikte verilmelidir.
13. Cihazın montajı ve devreye alınması satıcı firmaya aittir.
14. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır
15. Eğitim: ihaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arzaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik Hizmetler Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı elemanlara üç gün süre ile ücretsiz verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt edilecektir. Ayrıca cihazların montajlarının yapılacağı yerlerdeki kullanıcı personele cihazın kullanımı ve bakımı üzerine eğitim verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt edilecektir
16. Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir. Teknik şartnamede istenen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve döküman üzerinde teknik şartname maddeleri teker teker işaretlenmiş olacaktır Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
17. Firma cihazın periyodik bakım ve/veya kalibrasyon prosedürlerini vermemelidir. Cihaz periyodik bakım ve/veya kalibrasyon gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır. Cihazın periyodik koruyucu bakımların yapılma sıklığı ve bu periyodik bakımda yapılacak kalibrasyon ve kontroller form halinde yazılı olarak bildirilerek garanti süresi boyunca ücretsiz olarak yapılacaktır. Ayrıca sistemin ve/veya cihazın tüm kalibrasyonları ve bakımları garanti süresi boyunca firma tarafından yılda en az bir defa bu konuda TÜRKAK'tan akredite firma mevcutsa TÜRKAK onaylı olarak, mevcut değilse izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörlerle servis manuelinde belirtilen aralıklarda veya ihtiyaç duyulduğunda bakım ve kalibrasyon için gereken tüm yazılım upgrade/update'i ve donanımda dahil olmak üzere ücretsiz olarak yapılacaktır. Yapılacak olan kalibrasyonlarla ilgili kalibrasyon sertifikası düzenlenecek ve teknik hizmetler müdürlüğüne teslim edilecektir.
18. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

M. Mustafa Akat (Diyar)



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/07/2019 11:42:56

TEKNİK ŞARTNAME

8779 DİJİTAL TARTI VE TELESKOPIK BOY ÖLÇER (YETİŞKİN)

1. KONU: Bu teknik şartname; DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı " Dijital Tartı ve Teleskopik Boy Ölçer (Yetişkin)" için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER:
 - 2.1. Dijital olmalı, aydınlatmalı Lcd ekranı olmalıdır.Gösterge Bel Seviyesinde olmalıdır.
 - 2.2. Üzerinde tartım yapmadan önce otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği olmalıdır.Aşırı yük uyarısı bulunmalıdır
 - 2.3. Ölçüm bittiğinde otomatik olarak cihaz kendini kapatabilmelidir veya ekran ışığı sönerek tasarruf moduna geçmiş olmalıdır.
 - 2.4. Cihaz ve/veya Sistem hem Elektrik hemde Akü veya şarj edilebilir Pil ile çalışır olmalıdır.Akü veya şarj edilebilir Piller Cihaz ve/veya Sistem ile birlikte verilecektir.Cihaz ve/veya Sistem ile birlikte varsa orijinal adaptörü verilecektir.
 - 2.5. Cihazın Ölçüm Kapasitesi en az 190 Kg olmalıdır.Hassasiyet 50gr (± 10 gr) veya 100gr (± 10 gr) olmalıdır.
 - 2.6. Cihazın Platformu en az 26 cm x 27 cm (genişlik x derinlik) ölçülerinde olmalıdır.
 - 2.7. Kaymaz ayak basma tablası olmalıdır.
 - 2.8. Kg (kilogram) biriminde ölçüm yapabilmelidir.
 - 2.9. Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
 - 2.10. Terazinin ayakları kauçuk lastik ayak olmalı veya zeminde kaymayacak bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 - 2.11. Teleskopik Boy Ölçme Çubuğu Tartıya Montajlı şekilde teslim edilmelidir.
 - 2.12. Boy ölçme çubuğu teleskopik paslanmaz alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.Terazi üzerindeki teleskopik boy ölçme çubuğunun taksimat çizgileri sürtünmeden dolayı silinmeyecek özellikte olmalıdır.
 - 2.13. Teleskopik Boy ölçme çubuğu alt uzunluk değeri en çok 60 cm ve üst uzunluk değeri en az 200 cm olmalıdır.Teleskopik Boy ölçme çubuğu 1mm ($\pm 0,5$) hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalıdır.Teleskopik Boy ölçme çubuğu insan baskülü ile aynı marka (orijinal) olmalı, farklı bir markadan adapte edilmiş (modifiye) olmamalıdır.
 - 2.14. Teleskopik Boy ölçme çubuğu iç içe geçme veya katlanabilme özelliğinde olmalı.Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemelidir.
 - 2.15. Dijital Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
 - 2.16. Cihazda boy ve kilo ölçümü aynı anda yapılabilir olmalıdır.
3. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu Üretici veya Temsilci firma veya Yetkili satıcı onaylı olarak yazılı sunmalıdır.
4. Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici veya temsilci firma veya yetkili satıcı tarafından onaylı taahhüt edecektir.
5. Temsilci firma veya yetkili satıcı TSE den aldığı sistem servisleri ile ilgili " hizmet yeterlilik belgesini " tarafımıza vermelidir.
6. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve Servis sağlamayı Üretici ve/veya Temsilci firma veya Yetkili satıcı firma onaylı taahhüt edecektir.
7. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

M. A. A. A. A.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/07/2019 11:42:56

8. Firma cihazın periyodik bakım ve/veya kalibrasyon prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım ve/veya kalibrasyon gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır. Cihazın periyodik koruyucu bakımların yapılma sıklığı ve bu periyodik bakımda yapılacak kalibrasyon ve kontroller form halinde yazılı olarak bildirilerek garanti süresi boyunca ücretsiz olarak yapılacaktır. Ayrıca sistemin ve/veya cihazın tüm kalibrasyonları ve bakımları garanti süresi boyunca firma tarafından yılda en az bir defa bu konuda TÜRKAK'tan akredite firma mevcutsa TÜRKAK onaylı olarak, mevcut değilse izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörlerle servis manuelinde belirtilen aralıklarda veya ihtiyaç duyulduğunda bakım ve kalibrasyon için gereken tüm yazılım upgrade/update'i ve donanımda dahil olmak üzere ücretsiz olarak yapılacaktır. Yapılacak olan kalibrasyonlarla ilgili kalibrasyon sertifikası düzenlenecek ve teknik hizmetler müdürlüğüne teslim edilecektir.
9. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA gibi kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirilmelidir.
10. Cihazların orijinal kataloglarında belirtilen gerek hastaya gerekse kullanıcıya kolaylık sağlayan tüm aparatlar ve/veya aksesuarlar cihazla birlikte verilecektir.
11. Cihazın kullanımı, varsa bakımı, varsa teknik servis kitapları, varsa servis şifreleri, varsa yazılım (software), varsa yazılım şifresi hakkında bilgi, eğitim, bunlarla ilgili İngilizce ve/veya Türkçe orijinal döküman paketi verilecektir.
12. Teklif edilen Cihaz kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
13. Bu şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketicuyu Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerlidir.

Mustafa Ali Dönmez