



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20195890

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/10/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 LUMBER DRENAJ KITI	5,00 ADET

TEKLİF NO : 20195890
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR .TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

227.0019.000	LUMBER DRENAJ KITI	ADET	5
--------------	--------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8124) LUMBER DRENAJ KITI

Açıklama : LUMBER DRENAJ KITI

- Lomber drenaj seti aşağıdaki özellikleri içermelidir;
 - 1.1. Radyo opak özellikte, ucu kapalı olan lomber katateri
 - 1.2. 14-gauge Tuohy iğnesi
 - 1.3. Lomber katateri cilde tespit edici klip
 - 1.4. Drenaj torbası
 - 1.5. Luerlock'lu konnektör
 - 1.6. Rehber tel
 - 1.7. Lomber katater ile BOS'un biriktirdiği hazne arasında ve drenaj torbası ile bağlantıyı sağlayan konnektörler
- Set, steril ve orijinal ambalajlı olmalı ve ambalaj üzerinde sterilizasyon, son kullanma tarihi ve üretim parti seri (Lot no) numarası ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- Ürünün CE belgesi olmalıdır. CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.