



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196187

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 21/10/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 IPEK FLASTER	300,00 ADET

TEKLİF NO : 20196187
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0390.000	IPEK FLASTER	ADET	300
--------------	--------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3616) IPEK FLASTER

Açıklama : IPEK FLASTER

1. Beyaz renkli olmalıdır.
2. Hassas ciltli hastalar için çinko oksit bazlı ve yapışkandan imal edilmiş olmalıdır.
3. Kolay ve düzgün yırtılabilir, iyi yapışır,havayı geçirir neme ve suya dayanıklı,yapışkanlığını uzun süre muhafaza edecek özelliklerde olmalıdır.
4. Röntgen filminde gözükmemelidir. Röntgen ışınlarını geçirgen olmalıdır.
5. İpek tıbbi flaster 5 cmX 5 m boyutlarında olmalıdır.
6. İsteğe göre 5 cmX 5m, 10 cmX 5 m veya 20 cmX 5 m boyutlarında bulunmalıdır.
7. Her kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir, bu nedenle 5 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Hypoalerjik olmalıdır.
12. Flaster çıkarıldığında ciltte kalıntı bırakmamalıdır.
13. Kutu üzerinde üretici firma adı,imalat tarihi,son kullanma tarihi ve lot numaraları bulunmalıdır.
14. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
15. Bez kısmı ipek dokuma kumaştan yapılmış olmalıdır.
16. CE belgesi olmalıdır.