



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

05/11/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196513

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

11/11/2019

TARİHİ, SAAT

11:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ)

GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASTA TAHLİYE SEDYESİ	40,00	ADET
---	-----------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20196513
NOT : SEDYE ALIM
İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER
TEL :
E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAME

8499 ACİL DURUM HASTA TAHLİYE EKİPMANI

1. Yatağa bağlı insanların acil durumlarda tahliyesinde kullanılmalıdır.
2. Tahliye ekipmanı , kalıcı olarak yatağın altına serilmeli. Koruyucu koza gibi davranmalıdır. Yatalak hastaların tahliyesini en hızlı şekilde gerçekleştirmeli, Sağlık kuruluşların da ki yatalak hastaların güvenli tahliyesini sağlamalıdır. Hasta yatağı ile baza arasına koyularak, acil durumda hastayı hızlı ve kolay bir şekilde yatağı ile taşımasını sağlamalıdır.
3. Ürün hastayı, yatağı ile sıkıca sarmalı ve sürükleyerek götürülmesine imkan vermelidir.
4. Ürün, maksimum 90 cm genişliğinde ve maksimum 220cm uzunluğunda ki yataklar ve/veya karyolalar için uygun olmalıdır.
5. Ürün sadece tek bir el tutacağı sayesinde, hasta yatağıyla birlikte kolaylıkla hareket ettirilerek, güvenli bir ortama taşınabilmeli, bu sayede hasta yatağı ile beraber tehlikeli bölgeden tahliye edilmiş olmalıdır.
6. Yangın, elektrik kesintisi, gaz kaçağı, doğal felaket, aşırı duman veya herhangi başka bir hayati tehlike barındıran acil durumlarda yatağa bağlı kişileri güvenli bir kısıma tahliye etme işlemi oldukça hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmelidir.
7. Ürün, Yatağın altında serili bekleme durumundayken, hasta basınç noktalarına etki etmemeli, bu sayede dekübitüs (yatak yarası) gibi olumsuzluklara neden olmamalıdır.
8. Esnek ve kaygan olmalıdır. Kolaylıkla farklı yüzeylerde hareket ettirilebilmeli, merdivenleri tıkamadan, her türlü merdiven tiplerinde kolaylıkla yönlendirilebilmelidir.
9. Koza tekniği sayesinde hasta vücut ısını kaybetmemelidir.
10. Tahliye ekipmanı yıkanabilir olmalı, hava alır, geçirgen olmalıdır.
11. Ürünün paketlenmiş boyutu fazla yer kaplamamalı 38-43 cm x 28-33 cm olmalıdır.
12. Flep parçaları açıldığında boyutları 305-312 cm x 240-260 cm olmalıdır.
13. Ürün, kumaş ve ipleri, antibakteriyel yüzey ve dayanıklı polysterden yapılmış olmalıdır.
14. Ürün 150 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
15. Ürünün ağırlığı 1,5 kilogramı geçmemelidir.
16. Ürünün baş veya ayak kısmında en az 200 kg ağırlığa dayanıklı kaydırma çekme kayışlarına sahip olmalıdır.
17. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
18. Ürün imalat hatalarına karşılık fatura tarihinden itibaren en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

Mehmet DİBEK
Yönetici