



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020569

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/02/2020 TARİHİ, SAAT 13:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 TRAVMA TAHTASI	2,00 ADET

TEKLİF NO : 2020569
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL :
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

06/02/2020 15:57:14

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0043.000	TRAVMA TAHTASI	ADET	2
--------------	----------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5916) TRAVMA TAHTASI

Açıklama : TRAVMA TAHTASI

1. KONU: Bu teknik şartname, DEÜTF Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyacı olan "Travma tahtası" ile ilgili istenilen tıbbi ve teknik özellikleri kapsar.
2. Travma tahtası eğilmeye, kırılmaya, çatlamaya ve hastanemizde kullanılan dezenfektan kimyasallarına karşı yüksek dayanıklılık içeren özel plastik veya plastik türevi malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Yüzeyi leke ve kan tutmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
4. Su geçirmez ve yanmaz özellikte olmalıdır.
5. Travma tahtası suda batmamalıdır. Travma tahtasının yanlarından rahatça tutup kaldırılabilmesi için kenar kısımları yerden parmak girecek kadar yüksek olmalıdır.
6. Koku yapmamalıdır.
7. X ışınları geçirgen ve MR uyumlu olmalıdır.
8. Travma tahtası ağırlığı maksimum 6 kg olmalıdır.
9. Travma tahtası uzunluğu 185 (+/-5) cm, eni 45 (+/-5) cm yüksekliği de 4,5 - 5cm olmalıdır.
10. Travma tahtası Avrupa normlarına göre EN 1865 standart testlerinin öngördüğü 600kg yükleme testi raporu olmalıdır. Bu rapor teklifle birlikte sunulmalıdır.
11. Travma tahtası en az her iki yanında 6'şar adet ve her uçta 2 adet olmak üzere toplam 16 adet el tutma boşluğu bulunmalı ve bu boşluklar emniyet kemeri boşluğu olarak ta kullanılabilir özellikte olmalıdır. Bu boşluklar el ile kavramada pozisyon zorluğu yaşatmamalıdır.
12. Travma tahtasına baş sabitleyici kolayca bağlanabilen ve baş sabitleyici bağlantıları koruma bölümü olmalıdır.
13. Orijinal kutusunda olmalıdır.
14. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve ilgili birim yönetiminden uygunluk almalıdır.
15. Tekrar kullanılabilir olmalıdır.
16. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.

A.T