



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201386

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ	40,00 ADET

TEKLİF NO : 20201386
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0197.000	DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ	ADET	40
--------------	--------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3639) DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ

Açıklama : DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ

1. Buzdolabında ısı ölçümüne uygun olmalıdır.
2. 3 metre kablo sensör uzunluğu olmalıdır.
3. Ölçülen iki sıcaklığı (ortam ve buzdolabı) aynı anda ekranda gösterebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Maksimum ve minimum değer hafızası bulunmalıdır.
5. Ölçüm aralığı -50 ile 70 C olmalıdır.
6. Ölçüm doğruluğu +/- 1C'yi geçmemelidir.
7. Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
8. Termometreler firma tarafından kalibrasyonları yapılmış olarak teslim edilmelidir.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.