



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/03/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201743

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/03/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HIZLI SOLUNUM VIRUSLARI PANELİ	300,00	TEST
---	--------------------------------	--------	------

TEKLİF NO : 20201743
NOT : ÖDEME VADESİ 360 DİR
İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER
TEL :
E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23/03/2020 11:36:11

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0524.000	HIZLI SOLUNUM VIRUSLARI PANELİ	TEST	300
--------------	--------------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

HIZLI SOLUNUM PATOJENLERİ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 300 test satın alınacaktır.
2. Nazofarenjiyal örnek ile çalışılabilen, multipleks PCR ve RT-PCR teknolojisini, strip/kartuş bazlı yöntem ile kullanan, numunelerin tek tek çalışılabilmesine olanak veren bir test olmalıdır.
3. Bir hasta sonucu en geç 90 dk içinde alınabilmelidir.
4. Testin tüm reaksiyonları (ekstraksiyon, amplifikasyon, saptama) aynı analizör içinde gerçekleşmelidir.
5. Test paneli içinde SARS-CoV-2, influenza (A/B tip ayrımı olacak şekilde) virus, parainfluenza (1-4) virus, koronavirus (4 alt tip) RSV (A/B), adenovirüs, rino/enterovirus, bokavirus, metapnömovirus, M.pneumoniae, L.pneumophila, B. pertusis bulunmalıdır.
6. 7/24 çalışmaya uygun olmalı ve personel eğitimi firma tarafından sağlanmalıdır.
7. Analizör cihazı ve diğer tüm sarf malzemeleri kit ile birlikte ve tüm kitler tüketilene dek ücretsiz olarak temin edilmelidir.
8. Kit ile birlikte SARS-CoV-2 dış kalite kontrolü paneli üyeliği sağlanmalıdır.

Prof.Dr.A.Arzu Sayiner



Prof. Dr. Songül Bayram Delibaş

