



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

01/04/2020 11:45:29

Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201981

01/04/2020 00:00:00

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

02/04/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ V

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	STETESKOP-ERİSKİN	50,00	ADET

Teklif No : 20201981  
Not : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR  
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA  
TEL : 4123945  
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0003S



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/04/2020 09:09:58

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 9120 STETESKOP (YETİŞKİN ÇİFT TAMBURLU)

1. Steteskop, özellikle kan basıncı ölçümü için kullanılmalıdır.
2. Steteskop, kulak zeytinleri, kulak boruları, bağlantı parçası, kauçuk Y hortumu ve ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir.
3. Ses alıcısı, çift tamburlu olmalıdır.
4. Tambur alüminyumdan yapılmış, 45-50 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.
5. Tamburun iç kısmında bulunan membran üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.
6. Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, metal kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.
7. Kauçuk Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.
8. Kauçuk Y hortumunun orijinal rengi gri olmalı, isteğe bağlı olarak renk seçeneği (siyah, lacivert, yeşil ve kırmızı) bulunmalıdır.
9. Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.
10. Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen plastikten olmalıdır.
11. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
12. Cihazın kesin kabulü, gösterilen numunenin ilgili birim tarafından onaylanmasından sonra yapılacaktır.
13. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
14. Uluslararası geçerli kalite belgesine CE ve/veya ISO haiz ve Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olmalıdır.

**Ali TANAZAL**  
Makine Teknikeri

**Özlem AKIN YILMAZ**  
Hemşirelik Hizm. Müdür Yrd.