



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/05/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASTA DEVRESİ, PEDIATRİK(CARAT CIHAZA UYUMLU)	6,00	ADET
2	HASTA DEVRESİ PEDIATRİK (WEINMANN-LOWENSTEIN CIHAZA UYUMLU)	6,00	ADET

TEKLİF NO : 20202437
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (2 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

238.0030.000	HASTA DEVRESİ, PEDIATRİK(CARAT CİHAZA UYUMLU)	ADET	6
238.0034.000	HASTA DEVRESİ PEDIATRİK (WEINMANN-LOWENSTEIN CİHAZA UYUMLU)	ADET	6

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5989) HASTA DEVRESİ, PEDIATRİK(CARAT CİHAZA UYUMLU)

Açıklama : HASTA DEVRESİ, PEDIATRİK(CARAT CİHAZA UYUMLU)

1. Disposable olmalıdır.
2. Sadece inspirasyon ölçecek şekilde tek devreden oluşmalıdır.
3. Cihaza kolayca takılıp çıkarılması için ara aparatı bulunmalıdır.
4. Devre üzerinde basınç ölçüm tüpü bulunmalıdır.
5. Devre üzerinde inspirasyon sonlandırmak için özel valf kontrolü olmalıdır. Bu valfin bağlantı tüpü cihaza özel bir luer-lock kilit ile takılabilecek özellikte olmalıdır.
6. Devrenin boyu en az 1.80 cm boyunda 22 mm çapında olmalıdır.
7. Lateks içermemelidir.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Pediyatrik hastalar için uygun olmalıdır.
10. Esnek ve elastik bi yapıya sahip olmalıdır.
11. Devrenin hastaya giden ucu trakeostomiye uygun şekilde olmalıdır.

(9132) HASTA DEVRESİ PEDIATRİK (WEINMANN-LOWENSTEIN CİHAZA UYUMLU)

Açıklama : HASTA DEVRESİ PEDIATRİK (WEINMANN-LOWENSTEIN CİHAZA UYUMLU)

1. İnhalasyon hava geçişini sağlayan 1 adet hortumdan ve valften oluşmalıdır.
2. İnhalasyon hortumunun ucunda yer alan adaptör sayesinde cihaza bağlantı yapılabilirdir.
3. Devre, Lowenstein marka ventilatör ile kullanılabilirdir.
4. Trakeostomi kanülü ve endotrakeal tüpe takılmaya uygun olmalıdır.
5. Hortum bükülmelerde akımı engellemeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Hortum hafif ve kokusuz olmalıdır.
7. Disposable olmalıdır.
8. Basınç sensörü olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9. Sensör hortumu, tedavi sırasında cihazın hastaya verdiği havanın sürekli kontrolü için kullanılmalıdır.
10. Opsiyonel olarak PEEP valf takılabilmelidir.
11. GENEL ÖZELLİKLER
 - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 11.4. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
 - 11.5. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 11.6. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
 - 11.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.