



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202652

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/06/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 DIGITAL YETİSKİN TARTISI	1,00 ADET

**TEKLİF NO** : 20202652  
**NOT** : 20202652 ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR  
**İLGİLİ KİŞİ** : İLKER NAZLI  
**TEL** : 4122406  
**E-MAIL** : ilker.nazli@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0339.000	DIGITAL YETİSKİN TARTISI	ADET	1
--------------	--------------------------	------	---

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (8534) DIGITAL YETİSKİN TARTISI

##### Açıklama : DIGITAL YETİSKİN TARTISI

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin Palyatif bölümü ihtiyacı " Dijital Tartı ve Teleskopik Boy Ölçer (Yetişkin)" için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
  - Dijital olmalı, aydınlatmalı Lcd ekranı olmalıdır.Gösterge Bel Seviyesinde olmalıdır.
  - Üzerinde tartım yapmadan önce otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği olmalıdır.Aşırı yük uyarısı bulunmalıdır
  - Ölçüm bittiğinde otomatik olarak cihaz kendini kapatabilmelidir veya ekran ışığı sönererek tasarruf moduna geçmiş olmalıdır.
  - Dijital Tartı Aleti hem Elektrik hemde Akü veya şarjedilebilir Pil ile çalışır olmalıdır.Akü veya şarjedilebilir Piller birlikte verilmelidir.Tartı aleti ile birlikte varsa cihazın orijinal adaptörü verilmelidir.
  - Ölçüm Kapasitesi 200 Kg ( $\pm 10$  kg) olmalıdır.Hassasiyet 50gr ( $\pm 10$  gr) veya 100gr ( $\pm 10$  gr) olmalıdır.
  - Dijital tartı Platformu en az 27cm x 28 cm (genişlik x derinlik) ölçülerinde olmalıdır.
  - Kaymaz ayak basma tablası olmalıdır.
  - Kg (kilogram) biriminde ölçüm yapabilmelidir.
  - Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
  - Terazinin ayakları kauçuk lastik ayak olmalı veya zeminde kaymayacak bir malzemedен üretilmiş olmalıdır.
  - Teleskopik Boy Ölçme Çubuğu Tartıya Montajlı şekilde teslim edilmelidir.
  - Boy ölçme çubuğu teleskopik paslanmaz alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.Terazi üzerindeki teleskopik boy ölçme çubuğunun taksimat çizgileri sürtünmeden dolayı silinmeyecek özellikte olmalıdır.
  - Teleskopik Boy ölçme çubuğu alt değeri en çok 60 cm ve üst değeri en az 200 cm olmalıdır.Teleskopik Boy ölçme çubuğu 1mm ( $\pm 0,5$ ) hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalıdır.Teleskopik Boy ölçme çubuğu insan baskülü ile aynı marka (orijinal) olmalı, farklı bir markadan adapte edilmiş (modifiye) olmamalıdır.
  - Teleskopik Boy ölçme çubuğu iç içe geçme veya katlanabilme özelliğinde olmalı.Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemelidir.
  - Dijital Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
  - Tartım ve Boy Ölçümü bir arada yapılabilmelidir.
- Cihazın kullanımı, varsa bakımı ile ilgili dokümanların bir nüshasını teslim edecektir.
- Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
- Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
- Satıcı ve/veya temsilci firma TSE den aldığı sistem servisleri ile ilgili " hizmet yeterlilik belgesini " tarafımıza vermelidir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

7. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici veya satıcı firma onaylı taahhüt edecektir.
8. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
9. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
10. Firma cihazın kalibrasyonunu garanti süresi boyunca kurumun istediği zaman aralıklarında ücretsiz olarak sertifikalandırmalıdır.Firma bunu yazılı olarak taahhüt etmelidir.
11. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA gibi kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirilmelidir.
12. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.
13. Cihazların teknik şartnamede standart olarak belirtilen özelliklerinin kullanılabilmesi için; şartnamede özellikle aksesuar olarak belirtilmemiş olsa dahi, gereken tüm aparatları cihazla birlikte verilmelidir.
14. Cihaz veya sisteme ilave olarak, kataloglarda veya dokümanlarda belirtilen standart yedek parça, aksam ve aksesuar, gerek hastaya gerekse kullanıcıya kolaylık sağlayan tüm parçalar cihazı satan firma tarafından verilecektir.

M.K