



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20203730

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/08/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ	3.000.000,00 ADET
2	PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ	275.000,00 ADET
3	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:7.5 CİFT POLİKLİNİK)	550,00 ADET
4	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:8 CİFT(POLİKLİNİK)	1.200,00 ADET

TEKLİF NO : 20203730
NOT : ODEME 90GUN. ACIK İHALE YAKLASIK MALİYET ICINDIR
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0059.000	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ	ADET	3000000
298.0060.000	PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ	ADET	275000
298.0063.000	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:7.5 CİFT POLİKLİNİK)	ADET	550
298.0064.000	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:8 CİFT(POLİKLİNİK)	ADET	1200

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3799) CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ

Açıklama : CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1,TS EN 455-2,TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin içi pudralı olmalıdır.
5. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
6. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
7. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
8. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
9. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
10. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
13. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
14. Ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi bulunmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(6670) CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:8 CİFT(POLIKLINİK)

Açıklama : CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:8 CİFT(POLIKLINİK)

1. Ten rengini andıran beyaz kauçuktan,pudralı imal edilmiş olmalıdır.
2. Eldiven içinde ve yüzeyinde imalat artığı kauçuk kırıntıları yada pudra tozları bulunmamalıdır.
3. Üzerinde boylarını ayırmaya yarayan numara ve özel işaretler bulunmalı,paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı,kolay giyilebilmelidir.
4. Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
5. Bir hamlede giyip çıkarma sırasında kopma ve yırtılma olmamalıdır.
6. Ambalajlarda yırtık,deforme olmamalı,ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolayca açılabilir olmalıdır.Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.
7. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı iç ambalajda eldiven numarasıve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.Eldivenler pakette ters konmamalıdır.
8. Steril giymeyi sağlaması için eldiven kenarları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık fazla olmamalı parmakları içine almamalıdır.
9. Konçlar sıkı bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır,bileği kavramalı çok sıkı yada çok gevşek olmalı,konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliğe sahip olmalı,ameliyat esnasında boks gömleğinin manşetini kavramalı ve bırakmamalıdır.
10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı esneme özelliği olmalıdır.Açarken yırtılmamalıdır.
11. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı giyildiğinde ele tam oturmalıdır.Parmak uçlarında boşluk ve potluk olmamalıdır.
12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalı parmak uçlarındaki doku eldiven dokusundan farklı olmamalıdır.
13. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapısında bozulma olmamalıdır.
14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır.
16. Eldivenler Gama sterilizasyon veya EO ile steril edilmiş olmalıdır.
17. İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hatası çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
18. Eldivenlerin steril olduğuna dair firmadan gerekirse test raporu istenebilmeli ve firma bu raporu ihale komisyonuna sunabilmelidir.
19. Teklif veren firmalardan şartnameye uygunluğunun ve klinik uygunluk verilebilmesi için en az 10 (on) adet numune bırakılmalıdır.
20. Kutu üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.

(4973) PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

Açıklama : PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1,TS EN 455-2,TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin içi pudrasız olmalıdır.
5. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

6. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
7. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
8. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
9. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
10. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
13. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
14. Ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi bulunmalıdır.

(6670) CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:7.5 CİFT POLİKLİNİK)

Açıklama : CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ STERİL NO:7.5 CİFT POLİKLİNİK)

1. Ten rengini andıran beyaz kauçuktan,pudralı imal edilmiş olmalıdır.
2. Eldiven içinde ve yüzeyinde imalat artığı kauçuk kırıntıları yada pudra tozları bulunmamalıdır.
3. Üzerinde boylarını ayırmaya yarayan numara ve özel işaretler bulunmalı,paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı,kolay giyilebilmelidir.
4. Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
5. Bir hamlede giyip çıkarma sırasında kopma ve yırtılma olmamalıdır.
6. Ambalajlarda yırtık,deforme olmamalı,ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolayca açılabilir olmalıdır.Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.
7. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı iç ambalajda eldiven numarasıve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.Eldivenler pakette ters konmamalıdır.
8. Steril giymeyi sağlaması için eldiven kenarları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık fazla olmamalı parmakları içine almamalıdır.
9. Konçlar sıkı bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır,bileği kavramalı çok sıkı yada çok gevşek olmmalı,konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliğe sahip olmalı,ameliyat esnasında boks gömleğininin manşetini kavramalı ve bırakmamalıdır.
10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı esneme özelliği olmalıdır.Açarken yırtılmamalıdır.
11. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı giyildiğinde ele tam oturmalıdır.Parmak uçlarında boşluk ve potluk olmamalıdır.
12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalı parmak uçlarındaki doku eldiven dokusundan farklı olmamalıdır.
13. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapısında bozulma olmamalıdır.
14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/08/2020 14:17:58

15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır.
16. Eldivenler Gama sterilizasyon veya EO ile steril edilmiş olmalıdır.
17. İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hatası çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
18. Eldivenlerin steril olduğuna dair firmadan gerekirse test raporu istenebilmeli ve firma bu raporu ihale komisyonuna sunabilmelidir.
19. Teklif veren firmalardan şartnameye uygunluğunun ve klinik uygunluk verilebilmesi için en az 10 (on) adet numune bırakılmalıdır.
20. Kutu üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.