



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205803

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/12/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET	1,00 ADET

**TEKLİF NO** : 20205803  
**NOT** : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.  
**İLGİLİ KİŞİ** : YUSUF GÜLER  
**TEL** : 2324122405  
**E-MAIL** : yusuf.guler@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS\_0072



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/12/2020 09:19:56

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

244.0220.000	TRANSKATETER AORTIK KAPAK SELF EXPANDABLE SET	ADET	1
--------------	---	------	---

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (7829) TRANSKATETER AORTIK KAPAK SELF EXPANDABLE SET

##### Açıklama : TRANSKATETER AORTIK KAPAK SELF EXPANDABLE SET

1. Kapak üç leaflet yapısına sahip ve leafletler sığır (Bovine) veya domuz perikard dokudan yapılmış olmalıdır.
2. Kapak stenti nitonal materyalden olmalıdır.
3. Kapak (tam geri çekilim) full resheatable yapısına uygun olmalıdır.
4. Stent kendiliğinden genişleyen (self expandable) olmalıdır.
5. Stent yapısı kapağın takılmasından sonra koroner girişimlere elverişli geniş aralıklı bir yapıya sahip olmalıdır.
6. Kapak ölçüleri 23-29 mm arasında olmalıdır.
7. Kapak sistemi, yükleme ve taşıma sistemi ile birlikte kullanılmalıdır.
8. Kapak sistemi Transfemoral yöntem ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Kapak taşıma sistemi implantasyon işlemi sırasında kapağın fonksiyonel bir şekilde tamamına yakının güvenli bir şekilde açılmasına uygun ve gerektiği durumda taşıma sisteminin (sheath) içine %100 oranında tamamı geri çekilebilir bir yapıya sahip olmalıdır.
10. Kapak sistemi operasyon sırasında kapağın gerekli görülmesi durumunda tekrar konumlandırılabilir olmalıdır.
11. Ürün hastaneye teslim tarihinden itibaren en az 6(altı) ay miatlı olmalıdır.
12. Kapak sistemi CE belgesine sahip olmalıdır.