



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/12/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205929

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/12/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU	3.000,00	ADET
2	NAYLON GALOS CIZME	1.200,00	ÇİFT
3	OMUZ KORUMALI NAYLON EL DİVEN	4.500,00	ADET
4	FFP2 MASKE	70.000,00	ADET
5	CERRAHI MASKE (BAGCIKLI)	10.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20205929
NOT : ODEME 120 GUN.YAKLASIK MALİYET ICINDIR
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/12/2020 15:49:01

TEKNİK ŞARTNAME

3615 KORUYUCU GÖZLÜK ŞARTNAMESİ

1. Kullanıcıyı kan ve enfekte vücut sıvılarına karşı korumalıdır.
2. Kullanım sırasında buğu yapmamalıdır.
3. Steril edilebilmelidir (buhar veya etilen oksit)
4. Çok kullanımlık olmalıdır.
5. Hareketli çerçeve sapları olmalıdır.
6. Sapları anatomik olarak yüz kıvrımlarıyla uyumlu olmalı ve geniş görüş alanı sağlamalıdır.
7. Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.
8. Saplarında ip bağlama deliği bulunmalıdır.
9. CE belgesi bulunmalıdır.
10. Ürün ambalajlı (kutu/ poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
12. Değerlendirme için 2 adet numune verilmelidir.
13. Koruyucu gözlükler 1/5/2019 tarihli 30761 sayılı resmi gazete yayımlanan kişisel koruyucu donanım yönetmeliği hükümlerine (AB 2016/425) uygun olmalıdır.

Prof. Dr.  Ünal Demirel


Melike DURAN
Hemşirelik Hizm. Müdür Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/12/2020 15:47:11

TEKNİK ŞARTNAME

9226 NAYLON GALOŞ ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift lastikli olmalıdır.
2. Naylondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf renkte, su geçirmez olmalıdır.
4. Galoş ölçüleri : 40 x 50 cm olmalıdır.
5. Kalınlık : Ayak kısmı 140 mikron - Üst kısmı 70 mikron olmalıdır.
6. 45 numara ayakkabıya uygun olmalıdır.
7. Ayağa giyilmesi : Galoş önce çorap gibi hazırlanır. Çizme, bot veya ayakkabının önce burun ucundan başlanarak giyilebilir olmalıdır.
8. Dize kadar çekilir ve düzeltilir olmalıdır.
9. Lastikli kısımları ayak bileğini ve diz kapak altını iki yerden sarar ve çıkmasını engelleyici olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof. Dr. Hüseyin Duran

Melike DURAN
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/12/2020 15:49:28

TEKNİK ŞARTNAME

9177 OMUZ KORUMALI NAYLON ELDİVEN

1. %100 polietilen yapıda olmalıdır.
2. Sıvı geçirmez özellikli olmalıdır.
3. Uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
4. Kalınlığı 25 mikrondan az olmamalıdır.
5. Numuneye olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 10 adet numune bırakılmalıdır.

Prof. Dr. Melike Duran

Melike DURAN
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yrd.

TEKNİK ŞARTNAME

9148 FFP2 MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu şartname , sağlık çalışanlarının muhtemel enfekte kişilerle temasında, bu kişilerden ortama salınabilecek sıvı ve katı aerosollere (parçacıklara) karşı koruma sağlama amaçlı kullanılacak filtreli yarım yüz maskelerini tanımlar.
2. TS EN 149+A1 standardına göre koruma seviyesi en az FFP2 veya FFP3 olmalıdır.
3. Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, uzun süre kullanım gerektiren çalışma alanlarında kullanıldığından maskenin kafa bantları baş çevresini kavrayacak şekilde ve sızdırmazlığı tam olarak sağlamak için kullanım süresince gevşemeyen ve esnek yapıda olmalıdır.
4. Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır. (Ya da cildi rahatsız etmeyen hipoalerjik yapıda farklı materyalden imal edilmiş olmalıdır.)
5. Latex içermemelidir.
6. Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
7. Maskeler "TS EN 149+A1 (EN 149:2001+A1:2009) Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme" standardına uygun olmalıdır.
8. 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı, CE işareti ile Türkçe kullanım kılavuzu taşımaktadır. (Anılan Yönetmeliğe göre onaylanmış kuruluşça düzenlenmiş AB Tip İnceleme Belgesi ve test raporları ile seri imalatta yönetmelik hükümlerine uygunluğu belgeleyen Modül C2 veya Modül D kapsamında onaylanmış kuruluşça düzenlenen onay kararları/raporlar sunulacaktır.)
9. Ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı aranmayacaktır.
10. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir.
11. Kutuların üzerinde muhafaza şartları belirtilecektir.
12. En az 5 adet numune teslim edilmelidir

Prof. Dr. Yücel Demirel

M. İKE DURAN
Genel Sağlık Hizmeti. Müdür Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/12/2020 15:51:33

TEKNİK ŞARTNAME

9188 CERRAHİ AMELİYAT MASKESİ (BAĞCIKLI)

1. Maske kağıt non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Üç pileli olmalıdır.
3. Gizli burun teli olmalıdır. (tel uçları maske materyalini delip kazalara neden olmamalıdır.)
4. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. 4 adet bağcıklı olmalı, bağcık uzunlukları eşit ve yeterli uzunlukta olmalıdır.
7. Mebran filtreli olmalı ve en az %95 filtrasyon özelliği olmalıdır.
8. Maske ve bağları alerjik olmamalı ve toksik madde içermemelidir. Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerlerinden kolay ayrılmamalıdır.
9. 100'lük karton ambalajlı olmalıdır.
10. Maskeler üç katlı olmalıdır.
11. Kullanım sırasında pamuklanma olmamalıdır.
12. Takılı olduğu sürede terletmemeli ve normal solunuma engel olmamalıdır.
13. Yüz adet paketlenmiş olmalı, paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
17. TS EN 14683 AC standardına uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet Duran

Melike DURAN
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü