



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20211

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/01/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI	6,00 ADET

TEKLİF NO : 20211
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

210.0059.000	OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI	ADET	6
--------------	-------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9274) OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI

Açıklama : OTOMATİK EKSTERNAL DEFBRILATOR PEDI

1. Multifunction elektrodeler, Nihon Kohden marka defibrilatör cihazının ara bağlantı kablosuna tam uyumlu olarak çalışmalı ve hiçbir şekilde temassızlık olmamalıdır.
2. Multifunction elektrodeler, orjinal paketinde kapalı ve disposable olmalıdır.
3. Multifunction elektrodeler hasta vücuduna iyi temas etmelidir.
4. Multifunction elektrodeler aynı hastada deforme olmadan uzun süre kullanılabilir.
5. Multifunction elektrodeler kendinden kablolu olmalıdır.
6. Multifunction elektrodeler kablosu cihaz ile tam uyumlu çalışmalı, üretici firmanın orijinal ürünü olmalıdır.
7. Üretim hatalarına karşı 6 ay süre ile üretici firma garantisine sahip olmalıdır.
8. Teklif edilen ürüne Klinik Mühendislik tarafından onay verilecektir.
9. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.