



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

02/03/2021 10:42:09

Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021806

02/03/2021 00:00:00

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

08/03/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

00:00  
YASEMİN UZUNCA

İSLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	DERİN DONDURUCU -20	1,00	ADET

**Teklif No** : 2021806  
**Not** : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.  
**İLGİLİ KİŞİ** : BINAY YEŞİLYAYLA  
**TEL** : 4123945  
**E-MAIL** : binay.yesilyayla@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0003S



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/02/2021 11:22:27

02.02.2021

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 9371 DİKEY DERİN DONDURUCU

1. Cihaz yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
2. Cihaz kapalı orjinal ambalajında olacaktır.
3. Minimum net 85 (seksen beş) litre hacimli olacaktır.
4. Cihazın en az 3 (üç) adet dondurucu bölmesi olacaktır.
5. Cihaz en az -20 dereceye veya daha düşük derecelere kadar soğutma yapabilmelidir. Cihaz bu sıcaklığı en az +- 1 derece aralıklarla koruyabilmelidir.
6. Cihaz elektirik kesintilerinde en az 13 saat dondurucu içindeki ürünleri bozulmadan saklama özelliği olacaktır.
7. Kapak conta sistemi kesinlikle sızdırmaz özellikte olmalıdır.
8. Cihazın içi paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Cihazın dışı ise paslanmaya ve korozyona dirençli malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Cihaz 220 V / 50 Hz ile çalışmalıdır.
10. Cihaz minimum A+ enerji sınıfı tüketimli olacaktır.
11. R600a gazlı olacaktır.
12. Cihaz en az ücretsiz olarak 3 ( üç ) yıl garantili olacaktır.
13. Cihazın garanti süresi bitiminden itibaren 10 ( on ) yıl süre ile yedek parça ve teknik servis garantisi vermelidir.
14. Türkçe ve İngilizce kullanım klavuzu olacaktır.
15. ISO 9001 belgeli olacaktır.
16. Cihazın teslimatı sırasında yaşanacak her türlü maddi zararlı tadilat ve onarımlar firmaya ait olacaktır.
17. Satıcı firmanın İzmir İli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında en az 1 (bir) adet TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan teknik servisi olmalı ve bunu belgelendirmelidir.
18. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yapığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE/VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
19. Satıcı firma cihazın yeni üretim olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini vermek zorundadır.
20. Garanti süresince herhangi arıza meydana gelmesi durumunda, firma arızanın bildirilmesinden, resmi tatiller hariç, en geç 24 saat içinde müdahale edecektir.
21. Satıcı firma cihazı Hastanemiz Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nden ilgili bir görevli gözetiminde gösterilen yere monte edecektir.
22. Satıcı firma cihazı, Hastanemizde ilgili bir görevli gözetiminde depoya teslimatını yapacaktır. Nakliye esnasında her türlü alet ve iş ekipmanı firma tarafından sağlanacaktır. Bu işler için firma ek bir ücret talep etmeyecektir.

A. Levent YAZICI

**VEH GÜNAL**  
Dokuz Eylül Üniversitesi  
Kan Merkezi  
Birim Sorumlusu

Ali. ŞEMSİT