



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

İLAN

11.10.2021

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR.

İLGİLENEN FİRMALARIN 14.10.2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR SON FİYAT TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) AŞAĞIDA BULUNAN İLETİŞİM ADRESLERİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1- | LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ (DÜZ) | 2 ADET |
| 2- | LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ (EĞRİ) | 1 ADET |

NOT : TEKLİFLERDE MARKA - MODEL VE TESLİM TARİHİ YAZILMALIDIR.

ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 0 232 412 39 45
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93
E MAİL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/10/2021 13:06:06

TEKNİK ŞARTNAME

9877 LARİNGOSKOP SETİ (LEDLİ, FİBEROPTİK AYDINLATMALI) DÜZ (5 BLADE'Lİ)

1. KONU; DEÜ hastanesinin ihtiyacı olan 1 (bir) Set Laringoskop takımı teknik şartnamesidir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER;
3. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
4. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır. Bladeler (handle hariç) 134 derecede buhar sterilizasyonuna girmelidir. Bu özellikler orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.
5. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve LED ampullü olup en az 2.5 V (ikibuçuk volt) LED ampul ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Teklif edilen ampul en az 6500 lüks aydınlatma yapma özelliğine sahip olmalıdır. Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı olmalı, blade ile komple yapıda olmalı, herhangi bir pim veya vida ile tutturulmuş olmamalıdır. İştirakçi firma teklif ettiği LED ampule en az 2 yıl garanti vermelidir. 2 yıl üstü garanti verilmesi tercih sebebi olacaktır.
6. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilir olmalıdır. Fiber optik bladelere ampul ve elektrik devresi bulunmamalı, ampul sap gövdesine monteli olmalıdır. Işık cam lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapılmalıdır. Fiber optik liflerin demetinin profil ölçüleri (yükseklik x genişlik) en az 7 x 3 mm olmalıdır.
7. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelekte olmalıdır.
8. Set içeriği, Erişkin ve pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda, 0, 1, 2, 3, 4 (sıfır, bir, iki, üç, dört) numaralı (Düz) miller tip 1'er adet blade, toplam 5 (beş) adet blade ve bladelere uygun 1 (bir) adet handle'dan oluşmalıdır. Handle üzeri, elde kaymayı önleyici tırtıl, vb. profil yapıda işlenmiş olmalıdır. Handle ve ampul başka bir alete gerek kalmaksızın kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır.
9. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihaz örneğini de getirecek, ilgili birim sorumlusunun onayını alacaktır. Uygunluk, yapılacak testlerden sonra verilecektir.
10. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu, parçaların tamamının yerleştiği yapıda, koruyucu kutu veya çanta verilmelidir.
12. İki adet alkalin pil ile çalışmalıdır. Handle ile birlikte, handle'a uygun 2 adet alkalin pil verilmelidir. Firma teslim edeceği her set için 1 (bir) adet orijinal LED yedek ampul ücretsiz verecektir.
12. Cihazın şartnamede belirtilen tüm maddeleri orijinal katalogu üzerinde gösterilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma teklifi kabul edilmeyecektir. Teklif edilen cihaz için, gösterilecek numune ile, cihazı kullanacak olan ilgili bölümün onay şartı aranacaktır. Onay almayan (onay formu veremeyen) cihaz alınmayacaktır.
13. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
14. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;
15. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TITUBB'da veya ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
17. Cihaz en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir. Garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlanmayı üretici ve/veya satıcı firma taahhüt edecektir.
17. Kabul ve muayenede, firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
18. Montaj:Cihazların montajı firma tarafından hastaneye tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
19. Eğitim: Cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik Hizmetle Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı elemanlara ücretsiz verecektir.

FORM NO: MYS_0053

ALTANAZAL
Makine Teknikeri

Ayşe Öncü

Aylin ÇANDARLI
Hemşirelik Hizm. Müdür Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/10/2021 12:50:25

TEKNİK ŞARTNAME

9876 LARİNGOSKOP SETİ (LEDLİ, FİBEROPTİK AYDINLATMALI) EĞRİ (5 BLADE'Lİ)

1. KONU; DEÜ hastanesinin ihtiyacı olan 1 (bir) Set Laringoskop takımı teknik şartnamesidir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER;
3. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
4. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır. Bladeler (handle hariç) 134 derecede buhar sterilizasyonuna girmelidir. Bu özellikler orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.
5. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve LED ampullü olup en az 2.5 V (iki buçuk volt) LED ampul ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Teklif edilen ampul en az 6500 lüks aydınlatma yapma özelliğine sahip olmalıdır. Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı olmalı, blade ile komple yapıda olmalı, herhangi bir pim veya vida ile tutturulmuş olmamalıdır. İştirakçi firma teklif ettiği LED ampule en az 2 yıl garanti vermelidir. 2 yıl üstü garanti verilmesi tercih sebebi olacaktır.
6. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilir olmalıdır. Fiber optik bladelere ampul ve elektrik devresi bulunmamalı, ampul sap gövdesine monteli olmalıdır. Işık car., lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapılmalıdır. Fiber optik liflerin demetinin profil ölçüleri (yükseklik x genişlik) en az 7 x 3 mm olmalıdır.
7. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelekte olmalıdır.
8. Setin içeriği, Erişkin ve pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda, 0, 1, 2, 3, 4 (sıfır, bir, iki, üç, dört) numaralı (eğri) macintosh tip 1'er adet blade, toplam 5 (beş) adet blade ve bladelere uygun 1 (bir) adet handle'dan oluşmalıdır. Handle üzeri, elde kaymayı önleyici tırtıl, vb. profil yapıda işlenmiş olmalıdır. Handle ve ampul başka bir alete gerek kalmaksızın kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır.
9. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihaz örneğini de getirecek, ilgili birim sorumlusunun onayını alacaktır. Uygunluk, yapılacak testlerden sonra verilecektir.
10. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu, parçaların tamamının yerleştiği yapıda, koruyucu kutu veya çanta verilmelidir.
12. İki adet alkalin pil ile çalışmalıdır. Handle ile birlikte, handle'a uygun 2 adet alkalin pil verilmelidir. Firma teslim edeceği her set için 1 (bir) adet orijinal LED yedek ampul ücretsiz verecektir.
12. Cihazın şartnamede belirtilen tüm maddeleri orijinal kataloğu üzerinde gösterilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma teklifi kabul edilmeyecektir. Teklif edilen cihaz için, gösterilecek numune ile, cihazı kullanacak olan ilgili bölümün onay şartı aranacaktır. Onay almayan (onay formu veremeyen) cihaz alınmayacaktır.
13. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
14. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;
15. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TITUBB'da veya ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
17. Cihaz en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir. Garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlanmayı üretici ve/veya satıcı firma taahhüt edecektir.
17. Kabul ve muayenede, firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
18. Montaj:Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır
19. Eğitim: Cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik Hizmetle Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı elemanlara ücretsiz verecektir.

FORM NO: MYS_0053

Ali TANAZAL
Makineler Teknikleri

ENFEKSİYON SERVİSİ
Sorumlusu

Aylin ÇANDARLI
Hemşirelik Hizm. Müdür Yrd.