



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20215988

İLAN

15/11/2021 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/11/2021 TARİHİ, SAAT 10:00

ER KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA

AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

| MAL / HİZMET | MİKTAR | İSTEK NEDENİ |
|---|-----------|--------------|
| REVERSE OSMOS SU SİSTEMİ BAKIM ONARIMI PARÇA HARİC | 4,00 ADET | Bakım Onarım |

Marka/Model /Seri No : X

Arıza No : X

TEKLİF NO : 20215988
Not : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR
MÜRACAT : ÖZEN BECEREN
TEL : 4122412
FAX : (0 232) 412 24 27 – 412 21 93

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

1/1

9. Bakım-onarımı yüklenecek firma R.O Su Arıtma sistemimiz de arızalanan ya da değişim zamanı gelen parçalar için değişim sebeplerini de belirterek sorumlu personel nezaretinde tuttuğu servis raporu ile idareye bildirecektir. Montaj sonrası Dezenfeksiyon işlemini yapacak, yapılan dezenfeksiyon işlemi double pass osmos sistemi plc ekranından sisteme girişi yapılacaktır. Teklif veren firmalar aquadem plc işlemcilerle program tanımlaması yapabilirliğini üretici firma tarafından yetkilendirildiğini belgelemelidir. Yapılan işlemi servis raporu ile kayıt altına alarak idareye teslim edecektir.
10. Bakım ve onarımı yapacak firmanın cihazın personel eğitim sertifikasına sahip elemanlarının önceden hastanemize yazılı olarak bildirecek. Herhangi bir sebepten dolayı işe yeni eleman alınması durumunda en az 1 ay öncesinden cihazın personel eğitim sertifikası ile birlikte elemanın ismi hastanemize bildirilecektir. Bu bildirilenler personeller dışında sertifikasız , 3.şahıs elemanlarla 3. Şahıs firmalarla ,alt yüklenicilerle yapılmak istenen bakım ve onarım kesinlikle kabul edilmeyecek tespiti durumunda sözleşme fesh edilecektir.
11. Yüklenici firma saf su tankı ve saf su boru hattının dezenfeksiyonunu 3 (üç) ay da 1(bir) olmak üzere yılda 4 defa ücretsiz olarak yapacak. Sistemin gereksinimine uygun ölçüde dezenfektan kullanılarak az kalıntı bırakacak yapıda olmalı ve dezenfeksiyon sonrası kalıntı kalmadığına dair kontroller yapıldıktan sonra sistem teslim edilmelidir.
12. Sistemde yapılan ve saf su ile temas eden herhangi bir tamirattan sonra yüklenici firma mutlaka saf su tankı ve saf su boru hattı dezenfeksiyonu yapacaktır ve bundan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
13. Yüklenici firma sözleşme kapsamındaki sistemin aylık bakım ve kontrollerini daha önce belirttiği teknik servis elemanları dışında üçüncü kişi ve alt yüklenici bir firmaya yaptıramaz ve devredemez.(yüklenici cihazın üreticisi durumunda hariçtir.)
14. Gerektiğinde sistemde meydana gelebilecek herhangi bir arızanın giderilmesi hastane isteğine göre mesai saatleri dışında da ya da hafta sonları da yapılacaktır
 - işin teknik özellikleri
 - Bakım-onarımı yüklenecek firmanın; tıbbi cihaz üreticisi olduğunu gösterir EN ISO 13485 belgesine sahip olmalı veya EN ISO 13485 belgesine sahip Üretici tarafından yetkilendirilmiş olduğunu gösterir `?Yetkili Teknik Servis `? belgesine sahip olmalı ve teklifi ile birlikte aquadem marka `?YETKİ BELGESİ?ni idareye ibraz etmelidir.
 - Bakım-onarım işini yüklenecek firmanın güncel tarihli TS EN 12426 ve TS EN 12843 Hizmet Yeterlilik Belgesi?ne sahip olmalıdır. Belge üzerinde aquadem ts en 12426 yazmalıdır.
 - Bakım-onarım işini yüklenecek firmanın Teknik personelinin; AQUADEM-ULTRA DUBBLE PASS RO cihazının üreticisi tarafından bakım ?onarım ve teknik müdahalelerini yapmaya yeterliliğinin bulunduğunu gösterir eğitimi ve güncel tarihli EĞİTİM SERTİFİKASI bulunmalı, idareye belgelerini ibraz etmelidir.

İbrahim ASTARCIOĞLU
Hemodiyaliz Teknik Servis



Prof. Dr. Caner ÇAVDA
Dipl. No: 5911 / 1990 / 300 / 0000
İç Hastalıkları Uzmanı
Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir

