



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20216257

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/11/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 ENTEGRE FIBER OPTİK LAZER BRONKOSKOPI SISITEMİ	1,00 ADET

TEKLİF NO : 20216257

NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, MODEL BELİRTİLMELİDİR. ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3725.000	ENTEGRE FIBER OPTİK LAZER BRONKOSKOPI SİSTEMİ	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9960) ENTEGRE FIBER OPTİK LAZER BRONKOSKOPI SİSTEMİ

Açıklama : ENTEGRE FIBER OPTİK LAZER BRONKOSKOPI SİSTEMİ

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyacı olan Teleskop ile ilgili istenilen tıbbi ve teknik özellikleri kapsar.
- TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER
 - Fiber optik rijit teleskop elementi, özellikle teşhis ve tedavi bronkoskopi uygulamaları, yabancı cisim çıkarılması tümör rezeksiyonu, stent yerleştirilmesi-çıkartılması ve lazer uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş olmalıdır.
 - Lateral vizörlü olmalıdır.
 - 17° görüş açılı olmalıdır.
 - Görüntü iletimi entegre fiber optik sistemi ile olmalıdır.
 - Rijit olmalıdır.
 - Teklif edilen bronkoskop tüplerinin, özel rijit teleskop elementi kanalı sayesinde bronkoskop tüpleri içerisinden girip kilitlenebilmeli ve bronkoskop tüpleri ile birlikte kompakt yapıda kullanılabilir olmalıdır.
 - Entegre jet-ventilasyon bağlantı yeri olmalıdır.
 - Fiber optik teleskop vizörü içerisine entegre, teleskop distal uç kısmı yıkama kanalı bulunmalıdır. Bu kanal, görüntü fiberleri ile paralel olarak ayrı bir kanal olarak halinde olmalıdır.
 - Üzerine entegre musluk vana bulunmalıdır. Musluk vana değiştirilebilir plastik özellikte olmalıdır. "Click" sistemi ile kolaylıkla sökülüp takılabilmelidir. Plastik musluk otoklavlanabilir özellikte olmalıdır
 - Fiber optik teleskop vizörü gövdesi kanalı bulunmalı, böylelikle, bağlandığı rijit bronkoskop tüpü kanalı ile birleşim çalışma kanalı haline gelmelidir.
 - Teklif edilen ürünler, paslanmaz çelikten, vb. paslanmaz metalden imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Şartnamede ölçü aralığı ve toleransları verilmeyen malzemelerde toleranslar; çap ölçülerinde +/- 0,5 mm, uzunluklarda +/- %5 olarak kabul edilecektir.
 - Teleskop ile birlikte; ürüne uygun, uzunluğu en az 230 cm, aynı marka Fiberoptik ışık kaynağı kablosu ücretsiz verilecektir.
 - Teklif edilen ürün, hastanede kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, sterilizasyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
 - Yukarıda açıklamaları yapılmış ürün, hastanemizde kullanılan KARL STORZ, OLYMPUS, vb. Laparoskopik Cerrahi Sistem Donanımları (Işık kaynağı, kamera kafası, vb.) ile uyumlu olmalıdır. Farklı marka ve model teklifleri de uygun adaptörleri ile birlikte kullanıcı birim onayı alınmak suretiyle kabul edilebilir.
 - Teklif edilen ürün ve tüm parçaları, tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
 - Teklif edilen ürünleri, şaftlı laparoskop ışığının parlamaması için matlaştırılmış olmalı, yüzeyleri kir ve leke barındırmayacak şekilde kusursuz olmalıdır.
 - Teklif edilen ürün, kendine özel koruyucu kılıfı ile birlikte teslim edilecektir. Beraberinde 2 (iki) adet universal kapak verilmelidir. Universal kapak;Mevcut bronkoskop tüpleri ile uyumlu olup kızaklı olmalı ve 3 (üç) ayrı girişi bulunmalıdır.
 - Malzeme ile ilgili tanımlanan ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar uygunluk almak koşulu ile kabul edilebilir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- 2.19.** Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren üretici, temsilci, tedarikçi firma onaylı katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir.
- 3.** TEKNİK SERVİS VE GARANTİ:
- 3.1.** En az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
- 3.2.** Teklif edilen ürün; T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair ürün tanımlayıcı numaraları için kayıt bildirimini yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır. TITUBB/ÜTS tasdik edici (ürün (barkod) numarası ve marka adı teklif mektubunda yazılı olacak) belgeler yetkili kişiler tarafından imzalanmış olarak teklif mektubu ile birlikte verilecektir.
- 4.** KABUL VE MUAYENE:
- 4.1.** Aletlerin kabul ve muayeneleri hastane tarafından belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.
- 4.2.** Kabul ve muayene sırasında firmalardan aletin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
- 4.3.** Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda Tüketiciyi koruma kanunu ve (varsa) idari şartname hükümleri geçerlidir

A.T