



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20216678

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/12/2021 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| | | | |
|---|--|------|------|
| 1 | LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ | 2,00 | SET |
| 2 | DUZ BLADELİ YENİ DOĞAN (NEONETAL) LARINGOSKOP SETİ | 2,00 | ADET |

TEKLİF NO : 20216678
NOT : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|--|------|---|
| 442.0729.000 | LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ | SET | 2 |
| 442.3724.000 | DUZ BLADELİ YENİ DOĞAN (NEONETAL) LARINGOSKOP SETİ | ADET | 2 |

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9877) LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ

Açıklama : LARINGOSKOP SETİ - 5 BLADELİ

1. KONU; DEÜ hastanesinin ihtiyacı olan 1 (bir) Set Laringoskop takımı teknik şartnamesidir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER;
3. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
4. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve/veya otoklava dayanıklı olmalıdır.
5. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve LED ampullü olup en az 2.5 V (ikibuçuk volt) LED ampul ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Teklif edilen ampul en az 6500 lüks aydınlatma yapma özelliğine sahip olmalıdır. Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı olmalı, blade ile komple yapıda olmalı, herhangi bir pim veya vida ile tutturulmuş olmamalıdır. İştirakçi firma teklif ettiği LED ampule en az 2 yıl garanti verilmelidir. 2 yıl üstü garanti verilmesi tercih sebebi olacaktır.
6. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir. Fiber optik bladelere ampul ve elektrik devresi bulunmamalı, ampul sap gövdesine monteli olmalıdır. Işık cam lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapılmalıdır.
7. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
8. Setin içeriği, Erişkin ve pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda, 00,0,1,2 (sıfır sıfır,sıfır bir, iki,) numaralı (Düz) miller tip 1'er adet blade, 2,3 (iki,üç) numaralı (Eğri) 1'er adet blade ve bladelere uygun 1 (bir) adet ince handle'dan oluşmalıdır. Handle üzeri, elde kaymayı önleyici tırtıl, vb. profil yapıda işlenmiş olmalıdır. Handle ve ampul başka bir alete gerek kalmaksızın kolayca sökülüp takılabilmelidir.
9. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihaz örneğini de getirecek, ilgili birim sorumlusunun onayını alacaktır. Uygunluk, yapılacak testlerden sonra verilecektir.
10. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu, parçaların tamamının yerleştiği yapıda, koruyucu kutu veya çanta verilmelidir.
12. İki adet alkalin pil ile çalışmalıdır. Handle ile birlikte, handle'a uygun 2 adet alkalin pil verilmelidir. Firma teslim edeceği her set için 1 (bir) adet orijinal LED yedek ampul ücretsiz verecektir.
12. Teklif edilen cihaz için, gösterilecek numune ile, cihazı kullanacak olan ilgili bölümün onay şartı aranacaktır. Onay almayan (onay formu veremeyen) cihaz alınmayacaktır.
13. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini verilmelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
14. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;
15. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da veya ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
17. Cihaz en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir. Garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve/veya satıcı firma taahhüt edecektir.
17. Kabul ve muayenede, firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18. Montaj:Cihazların montajı firma tarafından hastaneye tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır
19. Eğitim: Cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik Hizmetle Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı elemanlara ücretsiz verecektir.

A.T

(9902) DUZ BLADELİ YENİ DOĞAN (NEONETAL) LARINGASKOP SETİ

Açıklama : DUZ BLADELİ YENİ DOĞAN (NEONETAL) LARINGASKOP SETİ

1. KONU; DEÜ hastanesinin ihtiyacı olan 1 (bir) Set Neonatal Laringoskop takımı teknik şartnamesidir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER;
3. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
4. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır. Bladeler (handle hariç) 134 derecede buhar sterilizasyonuna girmelidir. Bu özellikler orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.
5. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve LED ampullü olup en az 2.5 V (ikibuçuk volt) LED ampul ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Teklif edilen ampul en az 6500 lüks aydınlatma yapma özelliğine sahip olmalıdır. Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı olmalı, blade ile komple yapıda olmalı, herhangi bir pim veya vida ile tutturulmuş olmamalıdır. İştirakçi firma teklif ettiği LED ampule en az 2 yıl garanti vermelidir. 2 yıl üstü garanti verilmesi tercih sebebi olacaktır.
6. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir. Fiber optik bladelere ampul ve elektrik devresi bulunmamalı, ampul sap gövdesine monteli olmalıdır. Işık cam lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapılmalıdır. Fiber optik liflerin demetinin profil ölçüleri (yükseklik x genişlik) en az 7 x 3 mm olmalıdır.
7. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
8. Setin içeriği, yeni doğan hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda, 00, 0, 1 (sıfısıfır, sıfır, bir) numaralı (Düz) miller tip 1'er adet blade, toplam 3 (üç) adet blade ve bladelere uygun 1 (bir) adet handle'dan oluşmalıdır. Handle üzeri, elde kaymayı önleyici tırtıl, vb. profil yapıda işlenmiş olmalıdır. Handle ve ampul başka bir alete gerek kalmaksızın kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır.
9. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihaz örneğini de getirecek, ilgili birim sorumlusunun onayını alacaktır. Uygunluk, yapılacak testlerden sonra verilecektir.
10. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu, parçaların tamamının yerleştiği yapıda, koruyucu kutu veya çanta verilmelidir.
12. İki adet alkalin pil ile çalışmalıdır. Handle ile birlikte, handle'a uygun 2 adet alkalin pil verilmelidir. Firma teslim edeceği her set için 1 (bir) adet orijinal LED yedek ampul ücretsiz verecektir.
12. Cihazın şartnamede belirtilen tüm maddeleri orijinal kataloğu üzerinde gösterilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma teklifi kabul edilmeyecektir. Teklif edilen cihaz için, gösterilecek numune ile, cihazı kullanacak olan ilgili bölümün onay şartı aranacaktır. Onay almayan (onay formu veremeyen) cihaz alınmayacaktır.
13. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
14. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;
15. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da veya ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
17. Cihaz en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir. Garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve/veya satıcı firma taahhüt edecektir.
17. Kabul ve muayenede, firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/12/2021 15:44:02

18. Montaj:Cihazların montajı firma tarafından hastaneye tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır
19. Eğitim: Cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik Hizmetle Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı elemanlara ücretsiz verecektir.

A.T