



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20216720

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEREN FİRMALARIN 17/12/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 PCR STRIP TUP (ROCHE LC 480 CİHAZINA UYUMLU)	30.000,00 ADET

TEKLİF NO : 20216720
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0345.000	PCR STRIP TUP (ROCHE LC 480 CİHAZINA UYUMLU)	ADET	30000
--------------	--	------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9959) PCR STRIP TUP (ROCHE LC 480 CİHAZINA UYUMLU)

Açıklama : PCR STRIP TUP (ROCHE LC 480 CİHAZINA UYUMLU)

1. Saf polipropilen (PP) den üretilmiş, 8 mikro tüplü PCR şeritleri halinde olmalıdır.
2. 30 bin örneklik strip ve kapağı satın alınacaktır.
3. Mikrotüpler laboratuvarında mevcut olan Roche Light Cycler 480 cihazına uyumlu ve valide olmalıdır. Üretici firmanın uygunluğu bulunmalıdır.
4. Her bir mikrotüp 0.2 ml hacimde olmalıdır.
5. Tüpler arası bağlantı en az 3 noktadan sağlanmalı ve bu sayede esneme kaynaklı dökülme olmamalıdır.
6. PCR stripleri 8'li kapakları ile birlikte teslim edilmelidir. Kapaklar "düz" olmalıdır.
7. Mikrotüp kapakları şeffaf olmalı, kolay açılıp sıkı kapanmalıdır.
8. Mikrotüpler hızlı ve heterojen ısı transferi sağlayan ultra ince duvarlara sahip olmalıdır. Deforme olmamalıdır.
9. DNase, RNase free olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarında denenecek ve uygunluk alması durumunda satın alınacaktır.